

## Information från Miljökontoret



## Tandvårdskliniker

### Ditt ansvar

På tandvårdskliniker uppkommer olika typer av avfall och man hanterar kemikalier. Därför är det viktigt att du som har en sådan verksamhet känner till och följer de krav och regler som finns.

Tandvården bidrar med merparten av det kvicksilver som finns i avloppsslam. Med rätt typ och skötsel av amalgamavskiljare kan utsläppen hållas på en låg nivå. Därför ska du ta hand om ditt avfall och avlopp på ett miljöriktigt sätt.

### Krav och regler

Det finns inga krav på att man måste anmäla att man planerar att starta en tandvårdsklinik. Miljöbalkens krav om hur man ska hantera avfall, hur kemikalier ska hanteras och att man ska ha en egenkontroll av sin verksamhet gäller dock.

Även inom andra områden kan det finnas krav, t.ex. där Arbetsmiljöverket, Räddningstjänst, Byggnadsnämnd och Socialstyrelsen är myndigheter.

### Avlopp och amalgamavskiljare

Allt kvicksilverhaltigt spillvatten från verksamhetens samtliga behandlingsenheter – även diskbänk – ska behandlas i en amalgamavskiljare som är prövad och godkänd enligt Naturvårdsverket.

Amalgamförorenad utrustning, som t.ex. instrument, sugslangar och slangar, ska torkas av med papper innan de görs rena och sköljs vid avlopp som är anslutet till amalgamavskiljare. Detta innebär även att amalgamförorenad utrustning som diskas i diskmaskin först måste torkas och rengöras.

Skötsel och tömning av amalgamavskiljaren ska utföras

enligt tillverkarens anvisningar och alla tömningar ska journalföras. Avfallet är farligt avfall och ska hämtas av en godkänd transportör och lämnas till en godkänd mottagare. Avskiljaren ska tömmas vid behov, dock minst en gång/år.

Vattenlås, även på patienttoalett, och golvbrunnar ska rensas minst en gång per år. Uppsamlat avfall ska hanteras som kvicksilverhaltigt avfall, dvs. farligt avfall.

### Farligt avfall

Allt kvicksilverhaltigt avfall, kasserad röntgenfilm och förbrukade fix- och framkallningsbad ska hanteras som farligt avfall. Det kan även uppstå andra typer av farligt avfall.

Annat avfall, som inte är farligt avfall, ska omhändertas på ett korrekt sätt.

### Byggnaden anses vara förorenad

Om verksamheten avvecklas eller förändras ska ledningar, vattenlås m.m. saneras. Vid en sanering av avloppsstammarna måste allt slam och spolvatten samlas in och hanteras som farligt avfall. Innan saneringen påbörjas ska Örebro kommun kontaktas.

När man avvecklar sin verksamhet ska vattenlås mm. undersökas så att det inte finns föroreningar kvar. Om man hittar kvicksilver i ledningssystemet ska det rapporteras till Miljökontoret. Innan föroreningen tas bort ska man göra en anmälan om efterbehandling.

### Mer information

Miljökontoret, Örebro kommun  
Östra Bangatan 7A, vån 4  
Box 33200, 701 35 Örebro

Tfn 019-21 10 00  
miljokontoret@orebro.se  
www.orebro.se