



Information om upprenningslyft

- Användande av upprenningslyft kräver bedömning av arbetsterapeut.
- Lyftvästen ska alltid provas ut individuellt.
- Titta på vårdtagarens utprovningsprotokoll för att se hur lyftvästen ska placeras.
- Urkrokningskyddet får inte tas bort! Om de saknas, kontakta arbetsterapeut.
- Ladda lyften när den inte används eller minst varje natt.
- Planera lyftet innan ni börjar.
- Placera lyftvästen på vårdtagaren, innan lyften körs fram.
- Kontrollera höjden på underbenstödet. Lagom höjd är under knäskålen.
- Fäst och spänn vadbandet.
- Kroka på markerade lyftband och eventuella ögleband till lyftvästen.
- Kör aldrig stålyften längre sträckor än vad som är nödvändigt.
- Kontrollera alltid sömmar och band på lyftvästen efter tvätt.
- Kontakta arbetsterapeut om lyftvästen inte sitter bra på vårdtagaren,